

Број: 02-3159/2

Датум: 04.08.2016.

ПИТАЊЕ: Везано за јавну набавку број 15/16 имамо захтев за додатно појашњење партије 7. и то за ставку под редним бројем 3. и 6.

1. Да ли сте мислили да конач буде са иглом која је конвенционално оштра?
2. Да ли је потребно ставити извод копије каталога као доказ?

ОДГОВОР: 1. Да, конач би требало да буде са иглом која је конвенционално оштра.
2. Конкурсном документацијом извод копије каталога није предвиђен као доказ, али га можете доставити.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

