

Број: 02-4233/2

Датум: 07.11.2017.

ПИТАЊЕ: Да ли је за партију број 8, ставка 1 - вакутајнер игле 18gx1,5" (1,2x38mm), могуће понудити вакутајнер игле 18gx1" (1,2x25mm)?

ОДГОВОР: Да, могуће је понудити вакутајнер игле 18gx1" (1,2x25mm).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

